

Checklista information syrgasbehandling utanför sjukhuset vid Covid-19

- Har givit information om säkerhetsföreskrifter som måste följas. Boendet ska vara rökfritt samt ingen öppen eld får förekomma i samband med syrgasbehandling. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs dras behandlingen in.
- Vid frågor eller problem angående syrgasbehandlingen kan ni kontakta läkarbilen på telefonnummer 0455-731015
- Har lämnat ut syrgaskoncentrator och information för att kunna hantera denna.
- Byte av näsgrimman görs var 14:e dag eller tidigare v.b.
- På den stationära syrgaskoncentratorn ska det svarta filtret tvättas med diskmedel och vatten 1 ggr/vecka. Under tiden det tvättade filtret torkar sätter man dit det andra likadana filtret som kommer med utrustningen.
- Syrgas påskyndar och underhåller förbränning. Vid höga halter av syrgas är brandförloppet explosionsartat. Under syrgasbehandling ansamlas syret i textilier, hår och skägg
- Vid syrgasbehandling är det viktigt att det inte förekommer någon öppen låga i hemmet. Detta betyder att ingen får röka, inga levande ljus, att man eldar i kakelugn eller öppen spis. Man ska även var försiktig med utrustning med glödtråd som till exempel brödrost, hårfön eller värmefläkt.
- Tänk på:
 - Att inte täcka över syrgaskoncentratorn
 - Att den inte står vid element eller i solljus
 - Att den inte står i fuktigt utrymme
 - Att den behöver luft runt omkring sig, så den inte står för trångt.

Sjuksköterska lungmottagningen: Jag har informerat enligt ovanstående.

Datum: _____

Namn: _____ Underskrift: _____

Patient/närstående/vårdpersonal boende:

Datum: _____

Namn: _____ Underskrift: _____